

入 札 質 問 事 項 回 答

入札件名：液体クロマトグラフ精密質量分析システムの調達 一式

N o .	質疑事項
1	7. 制御用 PC の仕様と 8. 解析用 PC の仕様の両方にディスプレイ 2 台の表記がありますがそれぞれの PC に対してディスプレイ 2 台が必要でしょうか？それとも各 PC につきディスプレイを 1 台の合計 2 台のディスプレイで良いのでしょうか？ 27 インチですとワイドが 1 台当たり約 60cm です。レイアウトと作業台の選定にもかかわってきますので確認です。 7. -5) 対角 27 インチ以上の液晶カラーディスプレイを 2 台有すること。 8. -5) 対角 27 インチ以上の液晶カラーディスプレイを 2 台有すること。
N o .	回答
1	制御用 PC および解析用 PC それぞれに対してディスプレイ 2 台の計 4 台が必要です。